

LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 8178 - Chlorclear 0,2% 1000ml

Boletim Análise: 42426

Lote: C9447

Fabricação: 30/07/2021

Validade: 2 Anos

Data Análise: 03/08/2021

Especificação PA: 291

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Líquido límpido e homogêneo.	dde
Cor	Incolor.	dde
Odor	Característico	dde
pH	De 5,0 a 7,0	6,35
Densidade	De 0,990 a 1,010 g/ml	1,005g/ml
Doseamento	De 0,18% a 0,22%	0,22%
Teste Microbiológico	-	-
Mesófilos totais aeróbios	No máximo 100 UFC/ml	< 10 UFC/ml
Coliformes totais e fecais	Ausente	Ausente
Pseudomonas Aeruginosas	Ausente	Ausente
Staphylococcus Aureus	Ausente	Ausente
Embalagem Primária	-	-
Aspecto	Embalagem integra, sem manchas , sem	-
-	rachaduras , sem defeitos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Rótulo	Sem defeitos na impressão.	dde
Embalagem de embarque	-	-
Aspecto	Embalagem integra , sem manchas , sem	-
-	defeitos , sem vazamentos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	1007,96
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	2,29

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 17/08/2021

Dr. Leandro Colombo Mantovani
Farmacêutico - CRF-SP 70.572

Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815

Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482