

LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 88273 - Desderman Care Gel 100ml

Boletim Análise: 51972

Lote: C9889

Fabricação: 19/02/2024

Validade: 3 Anos

Data Análise: 23/02/2024

Especificação PA: 308

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Gel transparente a ligeiramente opalescente.	dde
Cor	Incolor.	dde
Odor	Característico de álcool.	dde
pH	De 6,5 a 9,0.	8,05
Densidade	De 0,820 a 0,850 g/mL.	0,831 g/ml
Teor	De 75,0 a 85,0 ° INPM.	84,81° INPM
Viscosidade	Maior ou igual a 8000 mPas.	8010 mPas
Teste microbiológico	-	-
Ct. Bactérias aeróbicas	No máximo 100 UFC/mL.	<10UFC/ml
Staphylococcus aureus	Ausente.	Ausente
Pseudomonas aeruginosa	Ausente.	Ausente
Coliformes totais e fecais	Ausente.	Ausente
Embalagem primária	-	-
Aspecto	Embalagem íntegra, sem manchas, sem	-
-	rachaduras, sem defeitos, sem vazamentos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote	-
-	e a data de validade.	dde
Rótulo	Sem defeitos de impressão.	dde
Embalagem de embarque	-	-
Aspecto	Embalagem íntegra, sem manchas, sem	-
-	rachaduras, sem defeitos, sem vazamentos ou	-
-	irregularidades.	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número	-
-	do lote e a data de validade.	dde
Peso / Volume médio	No mínimo valor declarado.	dde
Desvio padrão	Menor ou igual a 2,5.	
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	105,90
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	0,90

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 06/03/2024

Dra. Lais Mariana Roveri
Farmacêutica - CRF-SP 102448

Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815