

LAUDO DE ANÁLISE

Produto: 88272 - Desderman Care 1000ml Refil

Boletim Análise: 52230

Lote: C9901

Fabricação: 08/03/2024

Validade: 3 Anos

Data Análise: 18/03/2024

Especificação PA: 307

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADO
Descrição	Solução Hidroalcoólica límpida, isenta de	dde
Cor	Incolor.	dde
Odor	Característico de álcool.	dde
pH	De 5,5 a 8,5.	8,34
Densidade	De 0,822 a 0,850 g/ml.	0,835 g/ml
Doseamento	75,0 – 85,0°INPM (p/p).	84,86°INPM
Teste microbiológico	---	-
Ct. Bac Mesófilos totais aeróbios	No máximo 10 ³ UFC/ml	<10UFC/ml
Pseudomonas Aeruginosas	Ausente	Ausente
Staphylococcus aureus	Ausente	Ausente
Coliformes totais e fecais	Ausente	Ausente
Embalagem primária	---	-
Aspecto	Embalagem íntegra, sem manchas, sem	-
---	sem defeitos, sem vazamentos ou	dde
Cofidificação	Deve conter no mínimo o número do lote e a	-
Rótulo impresso	Sem defeitos de impressão.	dde
Embalagem embarque	---	-
Aspecto	Embalagem íntegra, sem manchas, sem	-
---	sem defeitos, sem vazamentos ou	dde
Codificação	Deve conter no mínimo o número do lote e a	dde
Peso / Volume Médio	No Mínimo valor declarado.	1006,01
Desvio Padrão	Menor ou igual a 2,5	1,29

dde - dentro das especificações

fde - fora das especificações

Este laudo foi emitido eletronicamente e dispensa assinatura.

Data Emissão: 19/03/2024

Dra. Lais Mariana Roveri
Farmacêutica - CRF-SP 102448

Dra. Tatiani Cristina Bonelli
Farmacêutica - CRF-SP 62.482

Dra. Célia R.R.O Sassi
Farmacêutica - CRF-SP 14.815